



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇADOR
CNPJ: 83.074.302/0001-31
AV. SANTA CATARINA, 195
C.E.P.: 89500-000 - CAÇADOR - SC

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O Prefeito Municipal Alencar Mendes, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente a Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela comissão de licitações e/ou pela(o) pregoeira(o), resolve:

01 - HOMOLOGAR a presente Licitação nestes termos:

- a) Licitação nº: IL 07/2022
- b) Modalidade: Inexigibilidade
- c) Data Homologação: 29/04/2022
- d) Objeto da Licitação: AQUISIÇÃO DE KIT DE BISTURI ELÉTRICO GINECOLÓGICO, INCLUINDO ASPIRADOR DE VAPORES, JOGO DE ELETRODOS DE PEDAL COMPATÍVEL COM O EQUIPAMENTO, A FIM DE ATENDER A DEMANDA DA ATENÇÃO BÁSICA NO PROJETO DA SAÚDE DA MULHER.
- e) Fornecedores e itens declarados Vencedores (cfe. cotação):

17131 - LOKTAL MEDICAL ELECTRONICS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (59.844.662/0001-90)

Data Adjudicação	Item	Material/Serviço	Unid. medida	Marc a	Quantidade	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
29/04/2022	1	75248 - AQUISIÇÃO DE KIT DE BISTURI ELÉTRICO GINECOLÓGICO, INCLUINDO ASPIRADOR DE VAPORES, JOGO DE ELETRODOS DE PEDAL COMPATÍVEL COM O EQUIPAMENTO WAVETRONIC 6000 TOUCH Bisturi de volatilização celular por Alta Frequência modelo "WAVETRONIC 6000 TOUCH"	UN		1	22.800,00	22.800,00



		completo, microprocessado com Bipolar para micro e macro coagulações acoplado, com frequência de atividade eletromagnética de 4,0 Mhz e potência máxima de saída de 100 watts, contendo: Tela de LCD do tipo "Touch Scream" sensível ao toque com indicação digital da potencia em Watts com precisão de 001 Watt; Ajuste e Memoria independente para cada uma das Sete funções; Corte "CUT" (CORTE PURO); Corte/Coagulação mista "BLEND1" (90% de corte e 10% de hemostasia); Corte/Coagulação mista "BLEND2" (70% de corte e 30% de hemostasia); Corte/Coagulação mista "BLEND3" (50% de corte e 50% de hemostasia); Coagulação pura "COAG" (Coagulação Pura); Coagulação Spray "FULGURAÇÃO" (Coagulação Pura); Sistema de cauterização "BIPOLAR"; Ajuste de potência no					
--	--	--	--	--	--	--	--



		<p>painel ou através da caneta porta eletrodos ou pelo pedal ativador; Informações técnicas do bisturi elétrico: altura 133 mm; largura 243 mm; profundidade 305 mm; peso aproximado 5,2 Kg; seletor automático de tensão 110/220v – 50/60Hz; potência máxima 100 Watts; frequência de trabalho 4,0 MHz. O bisturi elétrico contém em seu kit: 1 unidade de Eletrodo Electrocirúrgico Alça Quadra-da e Redonda, Comprimento Haste 120mm, Reto Para “CAF” Exérese de Lesões Vulvares Haste Ø 2,4mm ACELO162; 11 unidades de Eletrodo Electrocirúrgico Bola, Reto, Comprimento Haste120mm,Hast e Ø 2,4mm ACELO623; 6 unidades de Alça redonda reta ACELO668 10mm; 1 unidade de eletrodo triangular para conização ACELO175; 01 (Hum) caneta porta eletrodos autoclavável mode-lo CP, com cabo de silicone de 1,8m e</p>					
--	--	---	--	--	--	--	--



		<p>conector de segurança isolado conforme norma de segurança elétrica NBR-IEC 60.601-2-2; 01 (Hum) placa antena reutilizável com exclusivo tratamento isolante em nylon, conforme normas de segurança em eletro-medicina contra choques elétricos ou queimaduras, conforme norma de segurança elétrica com cabo de 1,8m e conector conforme norma de segurança elétrica NBR-IEC 60.601-2-2; Função de monitoramento de placa com alarme sonoro e visual de falha por mau contato ou desconexão conforme norma de segurança elétrica Função de segurança contra inversão de função ativa conforme norma de segurança elétrica Sistema de informação visual e sonoro de ativação (aparelho ativado) conforme norma de segurança elétrica NBR-IEC 60.601-2-2; 01 (Hum) Pedal ativador duplo, com acionamento independente para corte/coagulação,</p>					
--	--	---	--	--	--	--	--



		<p>totalmente a prova d'água (submersão) com sistema isolador con-tra choques elétricos ou curtos circuitos conforme norma de segurança elétrica NBR-IEC 60.601-2-2; Conectores de segurança no painel totalmente iso-lados com sistema ante falha (inversão) de instala-ção; Proteção elétrica por duplo fusível; Tensão de Alimentação, 115/230V. - 50/60Hz. auto-mático; Sistema de ativação remota do aspirador de vapores "Wavevac Dual" através do Bisturi Wavetronic 6000 Touch; Marca Loktal – Registro Anvisa: 10362610011. Empresa Certificada "BPF" conforme lei nº 9.782 de 26 de janeiro de 1999. Empresa Certificada ISO - 13485:2013. Equipamento Classe III, totalmente fabricado conforme a norma de segurança elétrica NBR-IEC 60.601-2-2 obrigatória para bisturis eletrônicos. CD multimídia de apresentação com</p>					
--	--	--	--	--	--	--	--



		<p>exemplos e sugestões de utilização e explicações em cirurgias. CD Manual de instruções multimídia em Português. 1 (hum) aspirador de vapores WAVEVAC DUAL: Aspirador de vapores modelo "WAVEVAC DUAL", completo com exclusivo sistema de ativação automática, permitindo que operador através do pedal ativa-dor do bisturi Wavetronic 6000 Touch ative o aspira-dor automaticamente, "Time Delay Off" de evacua-ção (mantém a aspiração por mais 6 segundos, ga-rantindo total e completa retirada dos vapores resi-duais na cavidade vaginal).</p> <p>Contendo: Mangueira espiralada de PVC tipo traqueia com 1,5 m de comprimento, com redutor adaptador e mangueira de silicone autoclavável de 0,5 m. Filtro carvão wavevac dual. Filtro hepa. Contém 2 espéculo vaginal autoclavável tamanho P e 1</p>					
--	--	---	--	--	--	--	--



		<p>espéculo tamanho M com isolamento em nylon e ducto aspirador; Capacidade de aspiração em volume de até 33ml/s ou 3.3cm³/s, nível máximo de ruído de 35 db a um metro, proporcionando ao cirurgião maior segurança, em procedimentos onde existam contaminantes vi-rais e a redução de odores com aumento da visibili-dade do campo cirúrgico, Manual de instruções e CD multimídia de apresen-tação com explicações de funcionamento. Marca Loktal – Registro Anvisa: 10362619001 Informações técnicas do aparelho de vapores: altura 133 mm; largura 234 mm; profundidade 325 mm; pe-so aproximado 4,0 Kg; Seletor automático de tensão 110/220v-50/60 Hz, Potência máxima de 100 Watts e garantia de 3 anos. Empresa Certificada “BPF” conforme lei nº 9.782 de 26 de janeiro de 1999. Empresa</p>					
--	--	--	--	--	--	--	--



		Certificada ISO – 13485:2013. Equipamento Classe II, totalmente fabricado confor- me a norma de segurança elétrica NBR-IEC 60.601- 2-2 obrigatória para bisturis eletrônicos.						
								Total 22.800,00

Caçador, 29/04/2022

ALENCAR MENDES
Prefeito Municipal