



PREFEITURA DE CAÇADOR

Pregão Nº 00099/2023 - (Decreto Nº 10.024/2019)

RESULTADO POR FORNECEDOR

27.437.056/0001-64 - SUPER DIAGNOSTICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
1	<u>Locação</u> de <u>Equipamento</u> de <u>Laboratório</u>	UNIDADE	30000	R\$ 109.800,0000	R\$ 3,0800	R\$ 92.400,0000

Marca:

Fabricante:

Modelo / Versão:

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AQUISIÇÃO DE TESTES DE HEMOGRAMA COMPLETO, ATRAVÉS DE COMODATO DE ANALISADOR HEMATOLÓGICO COM FORNECIMENTO DE REAGENTES, CONTROLES E PERIFÉRICOS, SEGUNDO TERMO DE REFERÊNCIA. ANALISADOR HEMATOLOGICO 5 PARTES HEMACOUNTER SL; Marca: Vyttra Fabricante: Rayto RMS: 10300390282 • 28 Parâmetros • 60 amostras/hora • Carregador de amostras para 50 tubos • Sistema de incubação integrada em titânio • Mapas topográficos 3D para WBC • Tecnologia de dispersão à laser e impedância elétrica Princípios Parâmetros Parâmetros Adicionais: Especificações Técnicas Mapas Topográficos 3-D Sistema Integral de Incubação em Titânio Tecnologia de dispersão à laser Tecnologia de citometria de fluxo Tecnologia de impedância elétrica Reagentes livres de cianeto Volume da amostra 20 µl Parâmetros Regulares: WBC, RBC, HGB, HCT, VCM, HCM, CHCM, RDW-SD, RDW-CV, PLT, PDW, VPM, PCT, P-LCR, NEU#, NEU%, LYM#, LYM%, MON#, MON%, EOS#, EOS%, BAS#, BAS% ALY#, ALY%, IG#, IG% 2 Histogramas, 2 Scattergrams Velocidade: Carregador de amostras: 60 testes/hora Modo tubo fechado: 60 testes/hora Modos de Teste: CBC+ DIFF, CBC Modo de amostras: Carregador de amostras: 50 tubos Tubo fechado: Modo STAT CQ e calibração Múltiplas regras de CQ , incluindo L-J, X-B etc Calibração manual e automatizada para modo sangue total e modo pré-diluído. Alimentação 100V-240V, 50Hz/60Hz Condições de trabalho: Temperatura: 15 -30 Umidade: 30%-85% Peso: 75 Kg Dimensões 61cm (C) x 76cm (L) x 61cm (A) Principais características CBC+Diff Modo CBC 2 Modos de amostras Carregador de amostras Tubo fechado Software amigável Armazenamento de dados: • 100.000 resultados incluindo histogramas e scattergrams; • Formulário de impressão múltipla, incluindo autodefinição; • Médias, CV e SD calculados; • Estatísticas, incluindo amostras, QC e calibração • Ordem por número de amostra, nome do paciente, tipo, etc. Fácil manutenção • Auto-verificação durante start up e shut down; • Manutenção automática de tubulações; • Modo de sleeping ajustável. Sistema de alerta múltiplo • Verificação de inventário de reagentes; • Múltiplos flags de atenção.

Total do Fornecedor: R\$ 92.400,0000

Valor Global da Ata: R\$ 92.400,0000

(*) É necessário detalhar o item para saber qual o critério de valor que é utilizado: Estimado ou Referência ou Máximo Aceitável.



Imprimir o Relatório

[Voltar](#)